ZC0065

A2LA / ILAC MRA - 温度传感器5点校准证书

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 5-PKT

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

ifm electronic

Messumformer-Typ:
transmitter type:
Serien-Nr.:
serial no.:
Messbereich:
temperature range:
Ausgangssignal:
output:
Genauigkeit:
accuracy:
Kalibrierdatum:
date of calibration:

Auftragsnummer:
job no.:
Referenzgerät:
reference unit:
Prüfnormal, Temperatur:
testing device, temperature:
Serien-Nr.:
serial no.:
PTB-Zertifikat:
PTB certificate:
Umgebungstemperatur:
ambient temperature:

°C	°C	K

MUSTER

机械技术数据		
重量	[g]	19.171

注释	
注释	校准证书须与相应的传感器一起订购 。
	相应的传感器与校准证书一起供货 。
	校准证书为两种语言（ 德语/英语 ）。
	如果传感器干净无损地返回，后续订单才可能 。
	在因特网技术资料里，示例证书存储在选项“下载”中 。